



**БУЙРУК  
ПРИКАЗ**

22.03.14 № 222

Бишкек ш.

**Об утверждении расчетных норм времени и материальных затрат  
на проведение ультразвукового исследования эластичности печени  
на аппарате «Фиброскан» в Республиканской  
клинической инфекционной больнице**

В целях дальнейшего улучшения качества оказания медицинской помощи и улучшения диагностики на ранних стадиях заболеваний печени

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:
  - 1.1. Расчетные нормы рабочего времени на одно исследование эластичности печени на аппарате «Фиброскан» (приложение 1);
  - 1.2. Расчетные нормы материальных затрат на одно исследование на аппарате «Фиброскан» (приложение 2);
2. Главному врачу РКИБ Аалиеву Г.К. установить контроль за рациональным использованием аппарата «Фиброскан»;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УОМПилП Тойматова С.Ш.

Министр

Т.А. Батыралиев



БУЙРУК  
ПРИКАЗ

22.03.14 № 222

Бишкек ш.

**Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында  
«Фиброскан» аппаратында боордун чоюлгучтугуна ультрауңдук изилдоо  
жургузууго кеткен убакыттын жана материалдык чыгымдарын эсеп  
нормаларын бекитуу жонундо**

Боор оорусунун алгачкы стадияларында медициналык жардам  
корсотуунун жана диагностиканы жакшыртуунун сапатын андан ары  
оркундотуу максатында

**Буйрук кылам:**

1.Томонку тиркемелер бекитилсин:

1.1. «Фиброскан» аппаратында боордун чоюлгучтугуна бир жолку изилдоо  
жургузууго кеткен жумуш убактысынын эсеп нормалары (1-тиркеме).

1.2. «Фиброскан» аппаратында бир жолку изилдоого кеткен материалдык  
чыгымдардын эсеп нормалары(2-тиркеме).

2.РКЖОонун башкы дарыгери Г.К.Аалиев «Фиброскан» аппаратын  
сарамжалдуу пайдаланууга козомолдук жургузсун.

3.Ушул буйрукка контролдук жургузуу УОМПиЛП жетекчиси

С.Ш.Тойматовго жуктолсун.

Министр

Т. А. Батыралиев

## Лист согласования к приказу

«Об утверждении расчетных норм времени и материальных затрат на проведение ультразвукового исследования эластичности печени на аппарате «Фиброскан» в Республиканской клинической инфекционной больнице»

от «dd» 03 2017г. № ddd

Приказ подготовлен УОМПиЛП

Начальник УОМПиЛП  
Дата согласования



С.Ш. Тойматов  
«15» 03 2017г.

Согласовано:

Статс-секретарь  
Дата согласования:

Ж.И. Кийизбаева  
«   »     2017г.

Заместитель министра  
Дата согласования




А.Дж. Мурзалиев  
«   »     2017г.

Заместитель министра  
Дата согласования



О.В. Горин  
«   »     2017г.

Начальник УФП  
Дата согласования



М.М. Атакулов  
«   »     2017г.

Начальник УЧРиД  
Дата согласования



Г.А. Ибраева  
«15» 03 2017г.

Юридический отдел  
Дата согласования



«   »     2017г.



Приложение 1

к приказу Министерство Здравоохранения КР  
от 22 03 2017г № 222

**Расчетные нормы рабочего времени на одно исследование на аппарате  
"Фиброскан"**

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измер.	Норма времени
1.	Обследование функциональной диагностики	МИН.	20



Приложение 2

к приказу Министерство Здравоохранения КР  
от "22" 03. 2017г №222

Расчетные нормы материальных затрат на одно исследование на аппарате  
"Фиброскан"

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.	Гель для сканирование	мл	5
2.	Бумага	лист	1
3.	Салфетки для очистки датчика	шт	1
4.	Салфетки для пациента	шт	1
5.	Антисептик для рук	мл	3
6.	Цветная краска для принтера	раз	1

